

Saídas para Gases Medicinais

Entrada tipo MC70

ficha
técnica
Gases Medicinais



gm

ISO 9001:2015, ISO 13485:2016

Materiais de Fabricação:

● **Válvula Primária ou Frontal (Front Assembly):** Frente feita 100% em chapa de aço inoxidável polido 3 calibre 18, entrada de engate rápido projetada para tecnologia **MC70**.

● **Válvula Secundária (Back Assembly):** Feito de latão com uma válvula de retenção secundária com mola, inclui um tubo de cobre de 3/8" de diâmetro externo. Extensão tipo "K" de 0,20 m para conexão de válvula, rotação de 360° para fácil conexão.

Versões de Montagem:

● **Para Parede:** Hardware feito de chapa de aço com acabamento em níquel calibre 18 com conjunto modular é registro de posição para não conexão cruzada de gases, **está em conformidade com NFPA99, SS EN 8752430, SS EN ISO 9170-1.**

● **Para Sistema Arquitetônico:** Hardware feito de chapa de aço com acabamento em níquel calibre 18 com registro de posição para não conexão cruzada de gases, **está em conformidade com NFPA99, SS EN 8752430, SS EN ISO 9170-1.**

Sistema de Segurança e Plugue:

● **Plugue:** De engate rápido e entrada escalonada, 100% compatível com a tecnologia MC70 para os seguintes gases: oxigênio, ar medicinal, vácuo medicinal, óxido nitroso e CO2.

Observação: a variação de medição entre conectores de equipamentos secundários de marcas não reconhecidas pode resultar na falha de fixação do equipamento secundário.

● Sistema não Cruzado de Gás Medicinal:

Sistema de posicionamento de pino (PIN) para evitar conexão cruzada entre válvula primária e secundária, e designado para cada tipo de gás medicinal, compatível com o padrão arigmed.

Cór NFPA



*****A instalação deve ser realizada por pessoal com certificação ASSE6010 e ASME BRAZER IX vigentes***
(Instalador de sistemas de gases medicinais e soldador qualificado em oxi-acetileno)

Aviso de Propriedade Intelectual: Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade intelectual de conteúdo e imagens do GRUPO ARIGMED S. DE R.L. DE C.V. qualquer tipo de cópia, semelhança ou plágio será objeto de ações legais pertinentes para evitar o uso por pessoas ou organizações não autorizadas, bem como ressarcir o dano causado ao autor.



GRUPO ARIGMED S. DE R.L. DE C.V. TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO

www.arigmed.com Grupo Arigmed Gases Medicinales ventasmx@arigmed.com +52-779-7969-370




Sistema de Gestión ISO 9001:2015



PTVER. 2

Válvula secundária para parede

Peças de reposição para a válvula secundária.



Válvula secundária para arquitetônico



item	Descrição
1	Arruela de aço inoxidável
2	Fechadura espiral de aço inoxidável
3	Selo
4	Cheque plástico injetado
5	Mola calibrada

Especificações:

Caudales:

- *Saída de 240 LPM, se o diâmetro dos tubos permitir.
- *Extração de 90 LPM, se o diâmetro dos tubos permitir.

Pressão de trabalho:

*50-55 PSI

Pressão máxima de teste:

*100 PSI

Capacidade de carga do equipamento secundário:

*450 g

Cores de identificação disponíveis:

*NFPA *ISO

Limpeza:

*NFPA99 *ASTM B819

Placa (Moldura):

Para parede:

*Fabricado em Zamak injetado com acabamento cromado.

Para arquitetônico:

*Feito de injeção de plástico ABS de alta resistência na cor branco ou cinza.

Gases disponíveis nesta tecnologia:

		Oxigênio medicinal		Dióxido de carbono
		Ar medicinal		
		Vacuo		
		Oxido Nitroso		

*Em conformidade com a NFPA99 (Seção 5.1.5) para equipamentos cujos componentes foram montados e instalados na fábrica.

Caso o equipamento tenha sido instalado com componentes não originais e/ou com modificações e alterações efetuadas por terceiros, **GRUPO ARIGMED se isenta de qualquer responsabilidade que possa causar ferimentos e danos a pessoas e propriedades, e as certificações e garantias de fábrica serão automaticamente anuladas.**