Equipo Secundário

Regulador para Vacío de 3 Modos tipo Continuo

ficha técnica
Equipo Secundário

arigmed®

ISO 9001:2015, ISO 13485:2016

Descripción y Materiales:

- Regulador de vacío directo para paciente con selector para 3 modos (on-off/regular/full), tipo continuo para succión gástrica con rango de operación de 0-200mmHg, regulación por diafragma y lector de vacío tipo análogo, incluye escalas de color con advertencias para el rango de succión.

- **Caja:** Fabricada en termoplástico de inyección ABS en color blanco (NFPA99) o amarilo (ISO) con insertos métalicos.

- **Diafragma de regulación:** Fabricado en termoplástico de inyección con carga de fibra de vídrio.

- **Lector de vacío:** Tipo análogo con carátula de 1 1/2" con rango de vacío de 0-200mmHg, mirilla de cristal, caja de acero al carbón en acabado de pintura electrostática y conexión posterior de 1/8" NPT, incluye una funda protectora de plástico de inyección contra impactos leves.

- **Palanca selectora:** Fabricada en termoplástico de inyección ABS en color negro, para seleccionar los modos de **ON-OFF / REGULAR / VACÍO FULL.**

- **Válvula de seguridad:** Con una válvula de seguridad para escape del vacío en caso de la obstrucción del regulador o del circuito de succión.

- **Conexión de salida:** Conector para acople roscado DISS CGA-V5 para VACÍO, puede incluir un adapatador para salida con espiga para manguera (deberá especificar previamente con la fábrica).

- **Conexión de entrada:** Conectores desigandos para vacío médico de las diferentes tecnologías de salidas-entradas: Puritan Bennet, Chemetron, Ohmeda Diamond, DISS CGA-V5, MC70 SUECO, etc. (deberá especificar previamente con la fábrica).

- **Equipos complementarios:** Se complementa con la trampa de líquidos de protección y el frasco de recolección de secreciones para paciente.

Es indispensable el uso de la trampa de líquidos para evitar una posible contaminación generalizada hacia el regulador, con la entrada-salida de vacío y las tuberías de la red de vacío.

Si el equipo fue instalado con componentes no originales y/o con modificaciones y alteradciones ejecutadas por terceras partes, **GRUPO ARIGMED se deslinda de toda responsabilidad que pueda causar lesiones y daños a personas y propiedades, así mimso las certificaciones y garantías de fábrica quedarán automáticamente anuladas.**

AVISO LEGAL PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Todos los derechos están reservados. Este documento es de la propiedad intelectual en contenidos e imágenes de **Grupo Arigmed S de R.L. de C.V.**, cualquier tipo de copia, similitud o plagió será objeto de las acciones legales pertinentes para evitar el uso por personas u organizaciones no autorizadas, así como resarcir el daño ocasionados al autor.

VER. 2

MADE IN MEXICO

GRUPO ARIGMED S. DE R.L. DE C.V. TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO
www.arigmed.com Grupo Arigmed Gases Medicinales ventasmx@arigmed.com +52-779-7969-370

Equipo Secundário

Regulador para Vacío de 3 Modos tipo Continuo

ficha técnica
Equipo Secundário

arigmed®

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL



Se recomienda el uso del regulador de 3 modos tipo continuo con adultos, el utilizar este tipo de equipos de succión continua para pacientes neonatales puede resultar en un alto riesgo de lesión si la maniobra de succión no está debidamente supervisada por personal profesional debidamente capacitado.

GRUPO ARIGMED se deslinda de toda responsabilidad que pueda causar lesiones y daños a personas por el uso inadecuado del regulador de vacío.

VISTA POSTERIOR

DETALLES



CONEXIÓN DE SALIDA DISS CGA-V5 VACÍO

PERILLA DE REGULACIÓN

MEDIDOR DE VACÍO ANÁLOGO

MADE IN MEXICO
ISO 13485
GRUPO ARIGMED S. DE R.L. DE C.V. TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO
www.arigmed.com Grupo Arigmed Gases Medicinales ventasmx@arigmed.com +52-779-7969-370